

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O **MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM**, em conformidade ao disposto no art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que a Administração pretende realizar dispensa de licitação com base no art. 75, inciso II, para contratação de empresa para aquisição de compressor odontológico para a Unidade Básica de Saúde.

Eventuais interessados poderão apresentar proposta de preços até às 17h do dia 05/08/2024, a serem encaminhadas para o e-mail: licitacoes@saovalentim.rs.gov.br, ou entregues junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Valentim/RS, sito a Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 30, Centro, CEP 99640-000, no horário de expediente.

O termo de referência desta contratação poderá ser acessado no seguinte endereço eletrônico <https://www.saovalentim.rs.gov.br/sao-valentim/licitacoes/Dispensa/> .

São Valentim, 29 de julho de 2024.

Claudimir Paniz
Prefeito Municipal.



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA /2024 - SMS/UBS

1- ORGÃO SOLICITANTE: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pela solicitação: SIMONI DA ROSA

Telefone (ramal): 302

E-mail: administrativo.ubs@saovalentim.rs.gov.br

Objeto: Aquisição de aparelho de COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, para garantir o adequado funcionamento dos consultórios odontológicos com vistas ao melhor atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme objeto descrito no item 03 deste Termo de Referência.

Forma de pagamento: Após o recebimento do equipamento e atestado o perfeito atendimento às especificações, a Nota Fiscal será encaminhada ao Departamento Financeiro da Secretaria Municipal da Fazenda para procedimentos de pagamento.

Vínculo: 40

Local para Entrega do objeto: Secretaria Municipal de Saúde, Rua Osvaldo Telló 144 centro São Valentim RS

Forma de Execução do objeto:

Prazo de Execução do objeto: 15 dias

Garantia do Objeto e/ou regras de validade: no mínimo 12 meses de validade.

Servidor Fiscalizador: Cirurgiã-Dentista Janine C. B. de Aquino

Para Obras de Engenharia: Regime de Execução: Não se aplica.

2- Justificativa (indicando a necessidade da compra/serviço):

Considerando que a curva de procedimentos sugere um crescimento de atendimentos a cada ano o que gera um aumento na demanda dos compressores, levando à conseqüente necessidade de substituição, além daquelas já previstas, cujos compressores foram desgastados/danificados pelo uso contínuo. A aquisição de um novo compressor de ar permitirá substituir os equipamentos irrecuperáveis ou antieconômicos, com manutenção onerosa ou rendimento precário em virtude do desgaste por uso contínuo e prolongado, viabilizando o bom funcionamento dos consultórios odontológicos da UBS.

Sendo assim, com o objetivo de atender às metas, justificamos que a ausência do equipamento poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto prazo, a queda gradual no quantitativo de procedimentos realizados e, no longo prazo, queda brusca ou até mesmo a possível interrupção nos atendimentos, impactando negativamente a saúde dos usuários.

3- Descrição minuciosa do objeto:

Item	Descrição	Esp.	Qtd.	Valor Unitário Mínimo R\$	Valor Total R\$
01	Compressor de Ar S50 GIII 45L - DETALHES: <ul style="list-style-type: none">Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar;Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do	Unid	01	5.985,66	5.985,66



<p>reservatório) e regulador de pressão de saída do ar;</p> <ul style="list-style-type: none">• Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização;• Ventoinha de refrigeração no motor;• Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório);• Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil;• Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço <p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none">• Com 2,0 HP e dois cabeçotes;• Modelo de alto torque, com grande rendimento;• Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito. <p>Reservatório</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de 43 litros (127V) e 45 litros (220V).• Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática).• Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. <p>Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório)</p> <p>Dispositivos de Segurança</p> <ul style="list-style-type: none">• Pressostato com chave geral liga/desliga;• Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão;• Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão); Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-				
--	--	--	--	--



o automaticamente em casos de temperatura excessiva.

Especificações Técnicas

- Dimensões:
- Comprimento: 59,9cm;
- Largura: 33cm;
- Altura: 65,6cm;
- Peso Líquido: 39,5 Kg;
- Peso Bruto c/ Embalagem: 50 Kg;
- Alimentação: 127V ou 220V – Monofásico;
- Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.);
- Capacidade do reservatório: 45 litros;
- Nível de ruído: 58 dB(A)/1m;
- Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa);
- Potência (motor): 2,0 HP (1450W);
- Frequência do Motor: 60 Hz;
- Consumo de energia: 1,45 KW/hora;
- Corrente nominal: 11,4A (127V) / 6,5A (220V);
- Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m.;
- Número de pólos do motor: 4 polos;
- Número de pistões (cabecotes): 2 pistões;
- Número de motores: 1 motor.

3 consultórios com bomba de vácuo e 2 sem bomba de vácuo

- Indicado para promover ar comprimido para uso clínico;
- 2 consultório sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos);
- 3 consultórios com Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada).

Compressor:

Isento de óleo, ideal para consultórios odontológicos e procedimentos laboratoriais.

O Modelo S50 possui capacidade para 2 consultório sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos) ou 3 consultórios



com Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada). Com o Motor com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica, os **compressores Schuter** são extremamente **silenciosos**, sendo o modelo S50 com apenas 58 dB(A) de ruído.

- **Totalmente isento de óleo.** Não necessita lubrificação;
- Reduzido nível de ruído: 58 dB(A);
- Pressostato com chave geral liga/desliga;
- Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão;
- Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.

Total estimado da aquisição: R\$ 5.985,66

PESQUISA DE PREÇOS: vide anexos

Nome do servidor responsável pela elaboração e execução da pesquisa de preços:

SIMONI DA ROSA

4- Local e data: São Valentim, 13 de Junho de 2024.

Assinatura e carimbo do Responsável pelo Órgão

5- Contabilidade - Descrever dados da dotação orçamentária:

Órgão: _____

Elemento: _____

Projeto Atividade: _____

Rubrica: _____

Código reduzido: _____

Recurso: _____



Órgão: _____

Elemento: _____

Projeto Atividade: _____

Rubrica: _____

Código reduzido: _____

Recurso: _____

Órgão: _____

Elemento: _____

Projeto Atividade: _____

Rubrica: _____

Código reduzido: _____

Recurso: _____

Data da prestação da informação: _/ ___/ ____.

Assinatura e carimbo do contador

Tesouraria - Saldo Financeiro () Sim / () Não

Data da prestação da informação: _/ ___/ ____.

Assinatura e carimbo do tesoureiro

6- AUTORIZAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL

DEFERE a solicitação: () Sim () Não - Indicação da motivação: _____

Data: _/ ___/ ____ Assinatura e Carimbo do Prefeito

7- ENCAMINHAMENTO

Recebido em ____/ ____/ ____.

Assinatura e carimbo servidor responsável para dar prosseguimento ao processo.

8- Exigências técnicas do objeto:

9- Outras peculiaridades do objeto:



10- Outras informações:

Observações: